

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1018
製品コード Product Code No.	11A006
製品名 Product Name	メジャー ALB (MEASURE ALB)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/8/18
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬
Examination Reagent

R-1:Code No. 11A106 Lot No. 117ACH

製造年月日
Manufactured Date

2023/8/17
year/month/day

有効期限
Expiry Date

2025/08
year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Dark Yellow		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	3.95 ~ 4.05		4.00
Blank	mAbs.	30 ~ 100		60
Sensitivity	4.0 g/dL mAbs.	100 ~ 240		172
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		1.31%
Accuracy (*) (g/dL)	Control-1	4.33	90% ~ 110%	102%
	Control-2	6.50	90% ~ 110%	103%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager