

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1104
製品コード Product Code No.	11A002
製品名 Product Name	メジャー ALT (MEASURE ALT)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/3/21
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11A102	Lot No.	184ADC
Examination Reagent	R-2:Code No. 11A202	Lot No.	184ADC

製造年月日	2024/3/18
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/09
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	9.05	~ 9.25	9.13
	R-2	4.30	~ 4.40	4.37
Blank	mAbs.	≤ 1		0
Sensitivity	100 U/L mAbs.	10	~ 30	23
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		1.31%
Accuracy (*) (U/L)	Control-1 43.0	95%	~ 105%	97%
	Control-2 138.0	95%	~ 105%	98%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。 (*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
		