

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1014
製品コード Product Code No.	11A013
製品名 Product Name	メジャー アミラーゼG7 (MEASURE AMYG7)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2022/12/15
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11A113	Lot No.	112ABL
Examination Reagent	R-2:Code No. 11A213	Lot No.	112ABL

製造年月日	2022/12/12
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2024/06
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Colorless		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	6.90	~ 7.10	6.99
	R-2	6.90	~ 7.10	7.02
Blank	mAbs.	0 ~ 10		1
Sensitivity	200 U/L	mAbs.	35 ~ 100	53
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.19%
Accuracy (*) (U/L)	Control-1	91.4	90% ~ 110%	100%
	Control-2	334.0	90% ~ 110%	101%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager