

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1016
製品コード Product Code No.	11A013
製品名 Product Name	メジャー アミラーゼG7 (MEASURE AMYG7)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/8/18
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 Examination Reagent	R-1:Code No. 11A113	Lot No.	114ACH
	R-2:Code No. 11A213	Lot No.	114ACH

製造年月日 Manufactured Date	2023/8/17
	year/month/day

有効期限 Expiry Date	2025/02
	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Colorless		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	6.90	~ 7.10	6.98
	R-2	6.90	~ 7.10	6.96
Blank	mAbs.	0 ~ 10		2
Sensitivity	200 U/L	mAbs.	35 ~ 100	56
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.20%
Accuracy (*) (U/L)	Control-1	103.0	90% ~ 110%	99%
	Control-2	334.0	90% ~ 110%	101%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager