

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1016
製品コード Product Code No.	11C005
製品名 Product Name	メジャー CKMB (MEASURE CKMB)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2021/8/4
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11C105	Lot No.	168AAG
Examination Reagent	R-2:Code No. 11C205	Lot No.	168AAG

製造年月日	2021/7/30
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2023/01
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Colorless		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	6.50	~ 6.60	6.59
	R-2	8.35	~ 8.45	8.38
Blank	mAbs.	≤ 2		0
Sensitivity	500 U/L	mAbs.	25 ~ 100	54
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		1.99%
Accuracy (*) (U/L)	Control-1	22.2	95% ~ 105%	97%
	Control-2	70.4	95% ~ 105%	100%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager