

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1163
製品コード Product Code No.	11C003
製品名 Product Name	メジャー CRE (MEASURE CRE)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/10/16
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11C103	Lot No.	266ACJ
Examination Reagent	R-2:Code No. 11C203	Lot No.	266ACJ

製造年月日	2023/10/11
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/04
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Slightly Yellow		Pass test
	R-2	Slightly Brown		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	7.50	～ 8.20	7.72
	R-2	7.60	～ 7.80	7.71
Blank	mAbs.	≤ 50		7
Sensitivity	5.00 mg/dL	mAbs.	80 ～ 150	101
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.89%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	0.88	92% ～ 108%	103%
	Control-2	2.95	95% ～ 105%	103%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
		