

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1101
製品コード Product Code No.	11B001
製品名 Product Name	メジャー D-BIL (MEASURE D-BIL)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/8/16
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11B101	Lot No.	185ACH
Examination Reagent	R-2:Code No. 11B201	Lot No.	185ACH

製造年月日	2023/8/10
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/02
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	4.90	～ 5.10	4.99
	R-2	9.90	～ 10.10	9.96
Blank	mAbs.	≤ 50		10
Sensitivity	10.0 mg/dL mAbs.	-320	～ -270	-292
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.74%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1 0.49	80%	～ 120%	94%
	Control-2 2.19	90%	～ 110%	98%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
		