

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1104
製品コード Product Code No.	11B001
製品名 Product Name	メジャー D-BIL (MEASURE D-BIL)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/3/22
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11B101	Lot No.	187ADC
Examination Reagent	R-2:Code No. 11B201	Lot No.	187ADC

製造年月日	2024/3/18
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/09
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	4.90	～ 5.10	5.00
	R-2	9.90	～ 10.10	9.93
Blank	mAbs.	≤ 50		9
Sensitivity	10.0 mg/dL	mAbs.	-320 ～ -270	-281
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		1.15%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	0.49	80% ～ 120%	99%
	Control-2	1.79	90% ～ 110%	103%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager