

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1036
製品コード Product Code No.	11G002
製品名 Product Name	メジャー GGT ( MEASURE GGT )
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/8/17
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11G102	Lot No.	133ACH
Examination Reagent	R-2:Code No. 11G202	Lot No.	133ACH

製造年月日	2023/8/16
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/02
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH ( at 20℃ )	R-1	8.10	～ 8.20	8.14
	R-2	5.95	～ 6.05	6.01
Blank	mAbs.	0 ～ 50		0
Sensitivity	200 U/L	mAbs.	20 ～ 200	45
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.31%
Accuracy (*) (U/L)	Control-1	37.8	95% ～ 105%	98%
	Control-2	148.0	95% ～ 105%	99%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
		