

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1065
製品コード Product Code No.	11H032
製品名 Product Name	メジャー HDL A (MEASURE HDL A)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/3/15
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 Examination Reagent	R-1:Code No. 11H132	Lot No.	143ADC
	R-2:Code No. 11H232	Lot No.	143ADC

製造年月日 Manufactured Date	2024/3/13
	year/month/day

有効期限 Expiry Date	2025/09
	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	6.60	～ 7.00	6.78
	R-2	7.95	～ 8.35	8.11
Blank	mAbs.	1	～ 50	7
Sensitivity	50 mg/dL mAbs.	100	～ 160	144
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		1.23%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1 59.0	95%	～ 105%	98%
	Control-2 71.0	95%	～ 105%	98%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager