

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1010
製品コード Product Code No.	11L006
製品名 Product Name	メジャー LDH IFCC (MEASURE LDH IFCC)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/8/30
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11L106	Lot No.	109ACH
Examination Reagent	R-2:Code No. 11L206	Lot No.	109ACH

製造日	2023/8/29
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/02
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes			規格 / Standard	結果/Result
Appearance	R-1		Colorless	Pass test
	R-2		Colorless	Pass test
pH (at 20℃)	R-1		8.70 ~ 8.90	8.83
	R-2		3.00 ~ 4.00	3.13
Blank		mAbs.	≤ 10	0
Sensitivity	500 U/L	mAbs.	30 ~ 70	45
Precision /with in run (C.V.)			≤ 3.0% (n=10)	0.44%
Accuracy (*) (U/L)	Control-1	148	95% ~ 105%	100%
	Control-2	316	95% ~ 105%	99%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
		