

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1062
製品コード Product Code No.	11L032
製品名 Product Name	メジャー LDL A ( MEASURE LDL A )
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/1/10
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11L132	Lot No.	146ADA
Examination Reagent	R-2:Code No. 11L232	Lot No.	146ADA

製造年月日	2024/1/5
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/07
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH ( at 20℃ )	R-1	6.70	～ 7.00	6.86
	R-2	7.95	～ 8.35	8.02
Blank	mAbs.		1 ～ 50	7
Sensitivity	100 mg/dL	mAbs.		100 ～ 300
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		1.25%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	105.0	95% ～ 105%	102%
	Control-2	146.0	95% ～ 105%	99%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager