

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1063
製品コード Product Code No.	11L032
製品名 Product Name	メジャー LDL A ( MEASURE LDL A )
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/3/15
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11L132	Lot No.	147ADC
Examination Reagent	R-2:Code No. 11L232	Lot No.	147ADC

製造年月日	2024/3/14
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/09
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes			規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1		Colorless		Pass test
	R-2		Slightly Yellow		Pass test
pH ( at 20℃ )	R-1		6.70	～ 7.00	6.79
	R-2		7.95	～ 8.35	8.08
Blank		mAbs.	1 ～ 50		26
Sensitivity	100 mg/dL	mAbs.	100	～ 300	160
Precision /with in run (C.V.)			≤	3.0% (n=10)	0.88%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	105.0	95%	～ 105%	99%
	Control-2	146.0	95%	～ 105%	97%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
		