

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1057
製品コード Product Code No.	11B002
製品名 Product Name	メジャー T-Bil (MEASURE T-Bil)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/2/15
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11B102	Lot No.	146ACB
Examination Reagent	R-2:Code No. 11B202	Lot No.	146ACB

製造年月日	2023/2/9
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2024/08
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	6.50	～ 6.60	6.58
	R-2	9.85	～ 10.05	9.93
Blank	mAbs.	1 ～ 50		2
Sensitivity	10.0 mg/dL	mAbs.	-250 ～ -200	-233
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.41%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	0.98	95% ～ 105%	102%
	Control-2	4.10	95% ～ 105%	103%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager