

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1064
製品コード Product Code No.	11B002
製品名 Product Name	メジャー T-Bil (MEASURE T-Bil)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/10/16
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11B102	Lot No.	151ACJ
Examination Reagent	R-2:Code No. 11B202	Lot No.	151ACJ

製造年月日	2023/10/12
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/04
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	6.50 ~ 6.60		6.56
	R-2	9.85 ~ 10.05		9.87
Blank	mAbs.	1 ~ 50		2
Sensitivity	10.0 mg/dL mAbs.	-250 ~ -200		-235
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.31%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1 0.98	95% ~ 105%		102%
	Control-2 4.10	95% ~ 105%		103%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager