

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1026
製品コード Product Code No.	11T005
製品名 Product Name	メジャー TG (T) (MEASURE TG (T))
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/3/14
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11T105	Lot No.	125ACC
Examination Reagent	R-2:Code No. 11T205	Lot No.	125ACC

製造年月日	2023/3/13
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2024/09
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Slightly Brown		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	6.50	～ 6.90	6.76
	R-2	6.40	～ 7.00	6.68
Blank	mAbs.	1 ～ 50		3
Sensitivity	200 mg/dL	mAbs.	100 ～ 500	325
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.70%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	108.0	95% ～ 105%	99%
	Control-2	416.0	95% ～ 105%	101%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。 (*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager