

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1014
製品コード Product Code No.	11T006
製品名 Product Name	メジャー TP (MEASURE TP)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/7/11
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11T106	Lot No.	115ACG
Examination Reagent	R-2:Code No. 11T206	Lot No.	115ACG

製造年月日	2023/7/7
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/07
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Blue		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	6.43	~ 6.63	6.58
	R-2	0.00	~ 0.00	-
Blank	mAbs.	-200	~ -100	-164
Sensitivity	4.00 g/dL mAbs.	100	~ 250	180
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.53%
Accuracy (*) (g/dL)	Control-1 6.80	90%	~ 110%	101%
	Control-2 10.30	90%	~ 110%	102%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
		