

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1135
製品コード Product Code No.	11U003
製品名 Product Name	メジャーUN ( MEASURE UN )
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/8/10
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 Examination Reagent	R-1:Code No. 11U103	Lot No.	214ACH
	R-2:Code No. 11U203	Lot No.	214ACH

製造年月日 Manufactured Date	2023/8/8
	year/month/day

有効期限 Expiry Date	2025/02
	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Colorless		Pass test
pH ( at 20℃ )	R-1	9.35	~ 9.60	9.46
	R-2	8.40	~ 8.70	8.56
Reagent Blank	mAbs.	1500 ~ 2400		2283
Blank	(-Δ) mAbs/min	0	~ 13	0
Sensitivity	50.0 mg/dL (-Δ) mAbs/min	28	~ 110	85
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.64%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	12.5	95% ~ 105%	100%
	Control-2	34.3	95% ~ 105%	102%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。 (\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
		