

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1138
製品コード Product Code No.	11U003
製品名 Product Name	メジャーUN (MEASURE UN)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/10/12
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11U103	Lot No.	216ACJ
Examination Reagent	R-2:Code No. 11U203	Lot No.	216ACJ

製造年月日	2023/10/3
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/04
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Colorless		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	9.35	～ 9.60	9.43
	R-2	8.40	～ 8.70	8.56
Reagent Blank	mAbs.		1500 ～ 2400	2240
Blank	(-Δ) mAbs/min		0 ～ 13	0
Sensitivity	50.0 mg/dL (-Δ) mAbs/min		28 ～ 110	82
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.46%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	12.5	95% ～ 105%	103%
	Control-2	34.3	95% ～ 105%	103%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager