

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1141
製品コード Product Code No.	11U003
製品名 Product Name	メジャーUN (MEASURE UN)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/5/21
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11U103	Lot No.	218ADE
Examination Reagent	R-2:Code No. 11U203	Lot No.	218ADE

製造年月日	2024/5/17
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/11
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Colorless		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	9.35	～ 9.60	9.44
	R-2	8.40	～ 8.70	8.54
Reagent Blank	mAbs.	1500 ～ 2400		2375
Blank	(-Δ) mAbs/min	0	～ 13	0
Sensitivity	50.0 mg/dL (-Δ) mAbs/min	28	～ 110	81
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.63%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1 12.5	95%	～ 105%	101%
	Control-2 34.3	95%	～ 105%	101%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager