

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA Co.,Ltd

試験書番号 Certificate No.	142
コード Code No.	21D501:L 21D502:H
製品名 Product	D-dimer control L and H
試験実施年月日 Examination date	Year MM DD 2023/7/3
総合判定 Result	合格 Accepted

Examination Reagent Lot 106ACG

Manufactured Date



2023/7/3
Year/MM/DD

Expiry Date
有効期限

2025/01
Year/MM

Analytes	Result
HBsAg	negative(-)
HIVab	negative(-)
HCVab	negative(-)
Control L(*Conc.BLUE)	1.12 ±0.30 μg/mL
Control H(*RED)	13.0±1.40 μg/mL

* Color of cap

試験者	品質管理課長	製造管理者
		

FQ2-7100-B01