

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1125
製品コード Product Code No.	11T003
製品名 Product Name	メジャー TC ( MEASURE TC )
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/8/7
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11T103	Lot No.	207ADG
Examination Reagent	R-2:Code No. 11T203	Lot No.	207ADG

製造年月日	2024/7/31
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2026/01
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Slightly Red		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH ( at 20℃ )	R-1	6.70	～ 6.85	6.76
	R-2	6.65	～ 6.85	6.70
Blank	mAbs.	1 ～ 50		2
Sensitivity	200 mg/dL	mAbs.	285 ～ 600	404
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.82%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	172.0	95% ～ 105%	101%
	Control-2	234.0	95% ～ 105%	101%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
		