

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1070
コード Code No.	11P001
製品名 Product	メジャー PG I (3:1)
試験実施年月日 Examination date	Year MM DD 2024/7/29
総合判定 Result	合格

Examination Reagent	R-1:Code No. 11P101	Lot No.	169ADG
	R-2:Code No. 11P201	Lot No.	169ADG

Manufactured Date

2024/7/25
Year MM DD

Expiry Date

有効期限

2026/01
Year MM DD

Analytes		Standard		Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Opalescent		Pass test
pH ( at 20℃ )	R-1	7.00 ~ 8.00		7.4
	R-2	6.00 ~ 8.00		7.4
Blank	mAbs.	less than 20		11
Sensitivity	Cal.Level-6 mAbs.	more than 500		575
Precision /with in run (C.V.)		≤ 10.0% (n=10)		1.02%
* Accuracy (ng/mL)	Control-1	48.8	90% ~ 110%	101%
	Control-2	149.5	90% ~ 110%	102%

\*コントロールのロット変更時は値を変更する。

試験者	品質管理課長	製造管理者
		