

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1071
コード Code No.	11P002
製品名 Product	メジャー PGⅡ(3:1)
試験実施年月日 Examination date	Year MM DD 2024/7/29
総合判定 Result	合格

Examination Reagent	R-1:Code No. 11P102	Lot No.	169ADG
	R-2:Code No. 11P202	Lot No.	169ADG

Manufactured Date	2024/7/25
	Year MM DD

Expiry Date 有効期限	2026/01
	Year MM DD

Analytes		Standard		Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Opalescent		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	7.00 ~ 8.00		7.4
	R-2	6.00 ~ 8.00		7.2
Blank	mAbs.	less than 20		2
Sensitivity	Cal.Level-6 mAbs.	more than 500		580
Precision /with in run (C.V.)		≤ 10.0% (n=10)		0.87%
* Accuracy (ng/mL)	Control-1 19.2	90% ~ 110%		100%
	Control-2 66.9	90% ~ 110%		104%

*コントロールのロット変更時は値を変更する。

試験者	品質管理課長	製造管理者
		