

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1108
製品コード Product Code No.	11A002
製品名 Product Name	メジャー ALT (MEASURE ALT)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/10/8
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 Examination Reagent	R-1:Code No. 11A102	Lot No.	188ADJ
	R-2:Code No. 11A202	Lot No.	188ADJ

製造年月日 Manufactured Date	2024/10/3
	year/month/day

有効期限 Expiry Date	2026/04
	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	9.05	～ 9.25	9.11
	R-2	4.30	～ 4.40	4.36
Blank	mAbs.	≤ 1		0
Sensitivity	100 U/L	mAbs.	10 ～ 30	24
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		1.17%
Accuracy (*) (U/L)	Control-1	43.0	95% ～ 105%	98%
	Control-2	138.0	95% ～ 105%	98%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager