

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1042
製品コード Product Code No.	11G002
製品名 Product Name	メジャー GGT (MEASURE GGT)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/10/11
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11G102	Lot No.	137ADJ
Examination Reagent	R-2:Code No. 11G202	Lot No.	137ADJ

製造年月日	2024/10/10
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2026/04
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	8.10	~ 8.20	8.16
	R-2	5.95	~ 6.05	6.02
Blank	mAbs.	0 ~ 50		0
Sensitivity	200 U/L mAbs.	20	~ 200	45
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.44%
Accuracy (*) (U/L)	Control-1 37.8	95%	~ 105%	99%
	Control-2 148.0	95%	~ 105%	100%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager