

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1090
製品コード Product Code No.	11G001
製品名 Product Name	メジャー GLU (MEASURE GLU)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/10/15
総合判定 Result	合格

検査試薬	R-1:Code No. 11G101	Lot No.	182ADJ
Examination Reagent	R-2:Code No. 11G201	Lot No.	182ADJ

製造年月日	2024/10/11
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/10
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes			規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1		Colorless～Slightly Brown		Pass test
	R-2		Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20℃)	R-1		6.20	～ 6.80	6.60
	R-2		6.20	～ 6.80	6.46
Blank		mAbs.	0 ～ 50		23
Sensitivity	200 mg/dL	mAbs.	550	～ 750	659
Precision /with in run (C.V.)			≦ 3.0% (n=10)		0.58%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	76.5	95%	～ 105%	100%
	Control-2	187.0	95%	～ 105%	101%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager