試験成績書

Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1012
製品コード Product Code No.	11A007
製 品 名 Product Name	メジャー ALP IFCC (MEASURE ALP IFCC)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/7/10
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11A107	Lot No.	111ACG
Examination Reagent	R-2:Code No. 11A207	Lot No.	111ACG

製造年月日 Manufactured Date	2023/7/6 year/month/day

有効期限 Expiry Date	2025/01 year/month

分析内容 / Analytes			規格 / Standard	結果/Result
Appearance	R-1		Colorless	Pass test
	R-2		Slightly Yellow	Pass test
pH (at 20℃)	R-1		10.60 ～ 10.80	10.71
	R-2		10.60 ～ 10.80	10.65
Blank		mAbs.	0 ～ 10	0
Precision /with in run (C.V.)			≦ 3.0% (n=10)	0.52%
Accuracy (*) (U/L)	Control-1	91.2	90% ～ 110%	102%
	Control-2	295.0	90% ～ 110%	103%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。 (*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
吉海 23.7.10	吉海 23.7.10	福瀬 23.7.10