試験成績書

Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1014
製品コード Product Code No.	11A013
製 品 名 Product Name	メジャー アミラーゼG7 (MEASURE AMYG7)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2022/12/15
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11A113	Lot No.	112ABL
Examination Reagent	R-2:Code No. 11A213	Lot No.	112ABL

製造年月日 Manufactured Date	2022/12/12 year/month/day

有効期限 Expiry Date	2024/06 year/month

分析内容 / Analytes			規格 / Standard	結果/Result
Appearance	R-1		Colorless	Pass test
	R-2		Colorless	Pass test
pH	R-1		6.90 ～ 7.10	6.99
(at 20℃)	R-2		6.90 ～ 7.10	7.02
Blank		mAbs.	0 ～ 10	1
Sensitivity	200 U/L	mAbs.	35 ～ 100	53
Precision /with in run (C.V.)			≦ 3.0%(n=10)	0.19%
Accuracy (*)	Control-1	91.4	90% ～ 110%	100%
(U/L)	Control-2	334.0	90% ～ 110%	101%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。 (*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
吉海 22.12.15	吉海 22.12.15	横瀬 '22.12.15