試験成績書

Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1074
製品コード Product Code No.	11C011
製 品 名 Product Name	メジャー CK (MEASURE CK)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/2/17
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11C111	Lot No.	170ACB
Examination Reagent	R-2:Code No. 11C211	Lot No.	170ACB

製造年月日 Manufactured Date	2023/2/13 year/month/day

有効期限 Expiry Date	2024/02 year/month

分析内容 / Analytes			規格 / Standard	結果/Result
Appearance	R-1		Colorless	Pass test
	R-2		Colorless	Pass test
pH	R-1		6.50 ～ 6.60	6.53
(at 20℃)	R-2		8.35 ～ 8.45	8.38
Blank		mAbs.	≦ 2	0
Sensitivity	400 U/L	mAbs.	34 ～ 51	46
Precision /with in run (C.V.)			≦ 3.0% (n=10)	0.88%
Accuracy (*)	Control-1	91.0	95% ～ 105%	98%
(U/L)	Control-2	303.0	95% ～ 105%	101%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。 (*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
吉 23.2.17 海	吉 23.2.17 海	横 23.2.17 瀬