試験成績書

Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1067
コード Code No.	11P002
製品名 Product	メジャー PGⅡ(3:1)
試験実施年月日 Examination date	Year MM DD 2023/2/8
総合判定 Result	合格

Examination Reagent	R-1:Code No. 11P102	Lot No.	164ACB
	R-2:Code No. 11P202	Lot No.	164ACB

Manufactured Date	2023/2/8		
	Year	MM	DD

Expiry Date 有効期限	2024/08		
	Year	MM	DD

Analytes			Standard	Result
Appearance	R-1		Colorless	Pass test
	R-2		Opalescent	Pass test
pH	R-1		7.00 ～ 8.00	7.4
(at 20℃)	R-2		6.00 ～ 8.00	6.2
Blank		mAbs.	less than 20	-2
Sensitivity	Cal.Level-6	mAbs.	more than 500	655
Precision /with in run (C.V.)			≦ 10.0%(n=10)	0.48%
＊Accuracy	Control-1	19.5	90% ～ 110%	100%
(ng/mL)	Control-2	68.4	90% ～ 110%	97%

＊コントロールのロット変更時は値を変更する。

試験者	品質管理課長	製造管理者
吉 23.2.08 海	吉 23.2.08 海	横 23.2.08 瀬