試験成績書

Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1070
コード Code No.	11P002
製 品 名 Product	メジャー PGⅡ(3:1)
試験実施年月日 Examination date	Year MM DD 2024/3/7
総合判定 Result	合格

Examination Reagent R-1:Code No. 11P102 Lot No. 168ADC
R-2:Code No. 11P202 Lot No. 168ADC

Manufactured Date

2024/3/7		
Year	MM	DD

Expiry Date
有効期限

2025/09		
Year	MM	DD

Analytes			Standard	Result
Appearance	R-1		Colorless	Pass test
	R-2		Opalescent	Pass test
pH	R-1		7.00 ～ 8.00	7.4
(at 20℃)	R-2		6.00 ～ 8.00	6.2
Blank		mAbs.	less than 20	-4
Sensitivity	Cal.Level-6	mAbs.	more than 500	576
Precision /with in run (C.V.)			≦ 10.0%(n=10)	0.95%
＊Accuracy	Control-1	19.2	90% ～ 110%	103%
(ng/mL)	Control-2	66.9	90% ～ 110%	102%

＊コントロールのロット変更時は値を変更する。

試験者	品質管理課長	製造管理者