試験成績書

Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1011
製品コード Product Code No.	11T006
製 品 名 Product Name	メジャー TP (MEASURE TP)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2022/8/4
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11T106	Lot No.	112ABH
Examination Reagent	R-2:Code No. 11T206	Lot No.	112ABH

製造年月日 Manufactured Date	2022/8/3 year/month/day

有効期限 Expiry Date	2024/08 year/month

分析内容 / Analytes			規格 / Standard	結果/Result
Appearance	R-1		Colorless	Pass test
	R-2		Blue	Pass test
pH	R-1		6.43 ～ 6.63	6.54
(at 20℃)	R-2		0.00 ～ 0.00	-
Blank		mAbs.	-200 ～ -100	-164
Sensitivity	4.00 g/dL	mAbs.	100 ～ 250	180
Precision /with in run (C.V.)			≦ 3.0% (n=10)	0.65%
Accuracy (*)	Control-1	6.30	90% ～ 110%	101%
(g/dL)	Control-2	10.30	90% ～ 110%	103%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。 (*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
小長谷 22.8.04	吉 22.8.04 海	横 22.8.04 瀬