UMA CO., LTD.

2-19-6 Yokosuka

Matsudo, Chiba, Japan

CRP Control High

Vật liệu kiểm soát mức cao cho Xét nghiệm CRP

Mã hàng: 21C524

2 - 8°C	**IVD** *In vitro* Diagnostics	**ĐÓNG GÓI**
KHÔNG đông đá	18 tháng/tránh ánh sáng	Chất lỏng / Lọ 1.0mL

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Vật liệu kiểm soát mức cao dùng cho định lượng C-reactive Protein trong máu bằng phương pháp miễn dịch.

Chỉ sử dụng cho xét nghiệm *In Vitro*.

2. THÀNH PHẦN VÀ ĐÓNG GÓI

Lọ vật liệu kiểm soát dạng lỏng chứa C-reactive Protein huyết thanh người đông khô chiết xuất từ bột huyết thanh người cùng với chất ổn định, sẵn sàng để sử dụng ngay.

- Bột huyết thanh người trade secret
- Natri Azit < 0.001%

Đóng gói: Lọ 1.0mL.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị vật liệu kiểm soát CRP Control High.

CRP Control High sẵn sàng để sử dụng ngay.

Bảo quản

Đưa vật liệu kiểm soát về nhiệt độ phòng trước khi sử dụng.

4. GIÁ TRỊ GÁN

Tham khảo bảng giá trị đi kèm với từng lô sản phẩm.

5. BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG

Bảo quản: ở điều kiện lạnh và tránh ánh sáng (2 - 8°C).

Thời hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hạn sử dụng được in trên tem nhãn lọ.

6. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Sản phẩm có thành phần giống với huyết thanh người. Cần thận trọng để tránh nguy cơ lây nhiễm từ bệnh phẩm. Không dùng miệng hút, thổi mẫu.

- Nếu sản phẩm bị rò rỉ, tiến hành khử trùng bằng cồn 80 độ và lau sạch để tránh nguy cơ lây nhiễm.

- Tất cả mẫu vật liệu kiểm soát, mẫu bệnh và chai lọ chứa, ống nghiệm chứa đều phải tiệt trùng theo sổ tay về cách xử lí rác thải có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc xử lí theo các phương pháp dưới đây.

· Khử trùng bằng autoclave ở 121°C trong 20 phút. Không dùng phương pháp này nếu mẫu có kèm nước Javen.

· Ngâm trong dung dịch nước Javen nồng độ 1000 ppm ít nhất 1 giờ.

- Không làm đông vật liệu kiểm soát khi bảo quản**.**

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. P.J.H. Jones, T.C. Rideout,in Comprehensive Biotechnology (Third Edition), 2011
2. Tài liệu nội bộ, UMA Diagnostics

8. NHÀ SẢN XUẤT

UMA Co., Ltd.

2-19-6 Yokosuka, Matsudo City, Chiba

Prefecture 270-0031

TEL: 047-710-4871 (dial-in) **FAX: 047-710-4872**

Revised 01/2024