

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1106
製品コード Product Code No.	11A002
製品名 Product Name	メジャー ALT (MEASURE ALT)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/6/14
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 Examination Reagent	R-1:Code No. 11A102	Lot No.	186ADF
	R-2:Code No. 11A202	Lot No.	186ADF

製造年月日 Manufactured Date	2024/6/12
	year/month/day

有効期限 Expiry Date	2025/12
	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20°C)	R-1	9.05	~ 9.25	9.12
	R-2	4.30	~ 4.40	4.38
Blank	mAbs.	≤ 1		0
Sensitivity	100 U/L	mAbs.	10 ~ 30	23
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		2.12%
Accuracy (*) (U/L)	Control-1	43.0	95% ~ 105%	99%
	Control-2	138.0	95% ~ 105%	99%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager