

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	2133
製品コード Product Code No.	11A004
製品名 Product Name	メジャー AST (MEASURE AST)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/8/19
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 Examination Reagent	R-1:Code No. 11A104	Lot No.	207ADH
	R-2:Code No. 11A204	Lot No.	207ADH

製造日 Manufactured Date	2024/8/9
	year/month/day

有効期限 Expiry Date	2026/02
	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	9.00	~ 9.50	9.45
	R-2	5.00	~ 6.50	5.98
Blank		mAbs.	≤ 1	0
Sensitivity	100 U/L	mAbs.	10 ~ 30	23
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		1.18%
Accuracy (*) (U/L)	Control-1	40.5	95% ~ 105%	101%
	Control-2	175.0	95% ~ 105%	102%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager