

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1174
製品コード Product Code No.	11C003
製品名 Product Name	メジャー CRE (MEASURE CRE)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/9/24
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 Examination Reagent	R-1:Code No. 11C103	Lot No.	273ADI
	R-2:Code No. 11C203	Lot No.	273ADI

製造年月日 Manufactured Date	2024/9/20
	year/month/day

有効期限 Expiry Date	2026/03
	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Slightly Yellow		Pass test
	R-2	Slightly Brown		Pass test
pH ( at 20°C )	R-1	7.50	~ 8.20	7.76
	R-2	7.60	~ 7.80	7.73
Blank		mAbs.	≤ 50	6
Sensitivity	5.00 mg/dL	mAbs.	80 ~ 150	106
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		1.60%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	0.88	92% ~ 108%	101%
	Control-2	2.95	95% ~ 105%	97%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager