

# 試験成績書

## Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1043
製品コード Product Code No.	11C034
製品名 Product Name	メジャー hs-CRP (MEASURE hs - CRP)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/6/26
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11C134	Lot No.	141ADF
Examination Reagent	R-2:Code No. 11C234	Lot No.	141ADF

製造年月日	2024/6/24
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/06
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes	規格 / Standard	結果/Result
Appearance	R-1	Colorless
	R-2	Opalescent
pH ( at 20℃ )	R-1	8.10 ~ 8.30
	R-2	7.90 ~ 8.10
Blank	mAbs.     ≤ 15	2
Sensitivity	Std.Level 6     mAbs.     ≥ 350	492
Precision /with in run (C.V.)	≤ 5.0% (n=10)	0.56%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1     1.15	90% ~ 110%
	Control-2     2.66	90% ~ 110%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
		