

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1090
製品コード Product Code No.	11G001
製品名 Product Name	メジャー GLU ( MEASURE GLU )
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/10/15
総合判定 Result	合格

検査試薬 Examination Reagent	R-1:Code No. 11G101	Lot No.	182ADJ
	R-2:Code No. 11G201	Lot No.	182ADJ

製造年月日 Manufactured Date	2024/10/11
	year/month/day

有効期限 Expiry Date	2025/10
	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless~Slightly Brown		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH ( at 20°C )	R-1	6.20	~ 6.80	6.60
	R-2	6.20	~ 6.80	6.46
Blank		mAbs.	0 ~ 50	23
Sensitivity	200 mg/dL	mAbs.	550 ~ 750	659
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.58%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	76.5	95% ~ 105%	100%
	Control-2	187.0	95% ~ 105%	101%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager