

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1070
コード Code No.	11P001
製品名 Product	メジャー PG I (3:1)
試験実施年月日 Examination date	Year MM DD 2024/7/29
総合判定 Result	合格

Examination Reagent R-1:Code No. 11P101 Lot No. 169ADG
R-2:Code No. 11P201 Lot No. 169ADG

Manufactured Date

2024/7/25
Year MM DD

Expiry Date
有効期限

2026/01
Year MM DD

Analytes		Standard	Result
Appearance	R-1	Colorless	Pass test
	R-2	Opalescent	Pass test
pH (at 20°C)	R-1	7.00 ~ 8.00	7.4
	R-2	6.00 ~ 8.00	7.4
Blank	mAbs.	less than 20	11
Sensitivity	Cal.Level-6 mAbs.	more than 500	575
Precision /with in run (C.V.)		≤ 10.0% (n=10)	1.02%
* Accuracy (ng/mL)	Control-1 48.8	90% ~ 110%	101%
	Control-2 149.5	90% ~ 110%	102%

*コントロールのロット変更時は値を変更する。

試験者	品質管理課長	製造管理者