

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1068
製品コード Product Code No.	11B002
製品名 Product Name	メジャー T-Bil (MEASURE T-Bil)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/8/7
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 Examination Reagent	R-1:Code No. 11B102	Lot No.	154ADH
	R-2:Code No. 11B202	Lot No.	154ADH

製造年月日 Manufactured Date	2024/8/5
	year/month/day

有効期限 Expiry Date	2026/02
	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20°C)	R-1	6.50	~ 6.60	6.58
	R-2	9.85	~ 10.05	9.92
Blank		mAbs.	1 ~ 50	2
Sensitivity	10.0 mg/dL	mAbs.	-250 ~ -200	-234
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.68%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	0.98	95% ~ 105%	103%
	Control-2	4.10	95% ~ 105%	101%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 Lester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager