

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1125
製品コード Product Code No.	11T003
製品名 Product Name	メジャー TC (MEASURE TC)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/8/7
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 Examination Reagent	R-1:Code No. 11T103	Lot No.	207ADG
	R-2:Code No. 11T203	Lot No.	207ADG

製造年月日 Manufactured Date	2024/7/31
	year/month/day

有効期限 Expiry Date	2026/01
	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Slightly Red		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20°C)	R-1	6.70	~ 6.85	6.76
	R-2	6.65	~ 6.85	6.70
Blank		mAbs.	1 ~ 50	2
Sensitivity	200 mg/dL	mAbs.	285 ~ 600	404
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.82%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	172.0	95% ~ 105%	101%
	Control-2	234.0	95% ~ 105%	101%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager