

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1091
製品コード Product Code No.	11I001
製品名 Product Name	メジャー UA (MEASURE UA)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/8/1
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 Examination Reagent	R-1:Code No. 11U101	Lot No.	177ADG
	R-2:Code No. 11U201	Lot No.	177ADG

製造年月日 Manufactured Date	2024/7/30
	year/month/day

有効期限 Expiry Date	2026/07
	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless~Slightly Red		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	7.00	~ 7.20	7.17
	R-2	6.60	~ 6.90	6.80
Blank		mAbs.	1 ~ 50	2
Sensitivity	10 mg/dL	mAbs.	40 ~ 100	67
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.43%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	4.80	95% ~ 105%	101%
	Control-2	10.80	95% ~ 105%	103%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager