

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1142
製品コード Product Code No.	11U003
製品名 Product Name	メジャーUN ( MEASURE UN )
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/8/7
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 R-1:Code No. 11U103 Lot No. 219ADH  
Examination Reagent R-2:Code No. 11U203 Lot No. 219ADH

製造年月日 2024/8/2  
Manufactured Date year/month/day

有効期限 2026/02  
Expiry Date year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Colorless		Pass test
pH ( at 20℃ )	R-1	9.35 ~ 9.60		9.48
	R-2	8.40 ~ 8.70		8.53
Reagent Blank	mAbs.	1500 ~ 2400		2346
Blank	(-Δ) mAbs/min	0 ~ 13		0
Sensitivity	50.0 mg/dL (-Δ) mAbs/min	28 ~ 110		80
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.72%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1 12.5	95% ~ 105%		102%
	Control-2 34.3	95% ~ 105%		103%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager